

様式 1

一般競争入札に関する回答書

平成 28 年 9 月 15 日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構
理事長 西 條 茂
(法人印省略)
担当：本部事務局企画経営課 渡辺
電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046
E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

業務名称：宮城県立がんセンター 高精度放射線治療システム（医療用リニアック）		
No.	質問事項	回答
11-2 -3	ハードディスク容量は 250GB 以上という要件でございますが、この度の最新の提案仕様は、ソリッドステートドライブ(solid state drive) になります。この仕様にて応札致したく、お伺い致します。	容量 250GB 以上を満たすものであれば、ソリッドステートドライブでも問題ありません。
14-3 -4	電離容積が 0.019mm^3 の防水機能を有する SunPoint 半導体検出器を 1 本有することという要件でございますが、弊社の提案製品は、 0.019mm^3 より小さな半導体検出器になります。『電離容積が 0.019mm^3 以下の防水機能を有する SunPoint 半導体検出器を 1 本有すること。』へ変更願いたく、お伺い致します。	電離容積が 0.019mm^3 以下であり、かつ防水機能を有している SunPoint 半導体検出器であれば問題ありません。